

MAXORIZE

MaxoRize Professional X

Kullanım Kılavuzu

(Türkçe Baskı) v.1.0

1. MaxoRize'a Hoş Geldiniz

MaxoRize Professional X'i tercih ettiğiniz için tebrikler. Bu premium kişisel wellness sistemi, günlük konforunuzu ve rahatlamanızı sorunsuz bir şekilde desteklemek için tasarlanmıştır. Boyun ve omuzlar için geliştirilen bu ultra hafif kişisel wellness sistemi (yalnızca 104 gram), dört gelişmiş wellness teknolojisini – Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu (TENS), Elektriksel Kas Stimülasyonu (EMS), rahatlatıcı ısı ve 630 nm kırmızı ışık teknolojisi – şık, kablosuz bir tasarımda birleştirir. Rutininizi kesintiye uğratmadan her gün kendinize 15 dakika ayırın: ister çalışıyor, ister seyahat ediyor, ister evde dinleniyor olun, Professional X kendi koşullarınızda bir sakinlik anı bulmanıza yardımcı olur.

Terimlerle ilgili not: Bu kılavuzda TENS (transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu) ve EMS (elektriksel kas stimülasyonu), cihazın kullandığı hafif elektriksel darbelerin türünü ifade eder. MaxoRize Professional X bir wellness cihazıdır, tıbbi cihaz değildir; hastalıkların teşhisi, tedavisi veya hafifletilmesi için tasarlanmamıştır (bkz. Bölüm 14.1).

Önce Bu Kılavuzu Okuyun: Güvenliğiniz ve memnuniyetiniz en büyük önceliklerimizdir. Lütfen Professional X'i kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm talimatları ve güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun. Bu, cihazınızın optimum performansını, güvenli kullanımını ve uzun ömrünü sağlar. Bu belgeyi ileride başvurmak üzere saklayın.

2. Önemli Güvenlik Bilgileri

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU BÖLÜMÜ TAMAMEN OKUYUN. Bu uyarıları ve talimatları göz ardı etmek yaralanmaya, cihaz hasarına veya tehlikeli durumlara yol açabilir.

2.1 Zorunlu Güvenlik Talimatları (IEC 60335-2-115 Uyumluluğu)

- **Gözetim:** Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmişse ve ilgili tehlikeleri anlıyorlarsa kullanılabilir.
- **Çocuklar:** Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Bu cihaz 15 yaşın altındaki kişiler tarafından veya bu kişiler üzerinde KULLANILAMAZ. Cihazı küçük çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- **Montaj ve Temizlik:** Montaj, demontaj veya temizlik yapmadan önce cihazı her zaman şarj cihazından ayırın.
- **Uygulamadan Önce:** Elektrotları cildinize yerleştirmeden veya çıkarmadan önce cihazın çıkışını devre dışı bırakın (KAPATIN). Bu, kurulum veya çıkarma sırasında beklenmedik elektrik stimülasyonunu (şokları) önler.
- **Yanıcı Kozmetikler:** Cihazı yanıcı maddeler içeren ürünlerle (örneğin alkol bazlı kremler veya jeller) birlikte KULLANMAYIN. Kullanmadan önce boyun bölgenizi bu tür ürünlerden iyice temizleyin ve kurulayın.
- **Pil:** Bu cihaz, kullanıcı tarafından değiştirilemeyen dahili, şarj edilebilir bir lityum iyon pil içerir. Cihazı açmaya veya pili değiştirmeye çalışmayın. İçinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parça yoktur.

UYARI – SU TEHLİKESİ:

Bu cihazı küvetlerin, duşların, lavaboların veya su dolu diğer kapların yakınında KULLANMAYIN. Professional X, IPX0 sınıfındadır – suya karşı koruması yoktur. Cihazı HER ZAMAN KURU TUTUN. Cihazı suya batırmayın ve herhangi bir açıklığından içeri su girmesine izin vermeyin.

2.2 Kontrendikasyonlar – Aşağıdaki Durumlarda Cihazı KULLANMAYIN:

- Kalp pili, implante edilebilir kardiyoverter-defibrilatör (ICD) veya başka bir implante elektronik tıbbi cihazınız varsa.
- Hamile iseniz veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız.
- Epilepsiniz veya nöbet geçirme öykünüz varsa.
- Şu anda aktif bir kanserli tümör için tedavi görüyorsanız veya böyle bir tümörünüz varsa.
- Boyun veya omuz bölgesinde metal implantlarınız varsa (örneğin ameliyattan kalma metal plakalar veya vidalar).
- Uygulama bölgesinde (boyun/omuzlar) açık yaralar, enfekte veya şişmiş cilt ya da şiddetli cilt tahrişi varsa.

2.3 Kullanmadan Önce Bir Hekime Danışın:

- Kalp veya kardiyovasküler hastalığınız varsa.
- Diyabetiniz varsa (olası azalmış cilt hassasiyeti/nöropati nedeniyle).
- Kanama bozukluğunuz varsa veya kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız.
- Uygulama bölgesinde şiddetli egzama veya sedef hastalığı gibi kronik cilt rahatsızlıklarınız varsa.

- Yakın zamanda boyun veya omuz bölgesinde bir yaralanma veya ameliyat geçirdiyseniz.

2.4 Kullanım Sırasında Genel Önlemler

- **Bir seans sırasında veya sonrasında baş dönmesi, bulantı, sersemlik, hızlı kalp atışı, ağrı veya aşırı rahatsızlık yaşarsanız kullanımı derhal durdurun**. Rahatsızlık veya yan etkiler devam ederse bir sağlık uzmanına danışın.
- Bu cihazı araç kullanırken, bisiklet sürerken, makine çalıştırırken veya elektriksel stimülasyonun ya da ısının dikkatinizi dağıtabileceği veya yaralanmaya neden olabileceği herhangi bir aktivite sırasında KULLANMAYIN.
- Cihazı uyurken veya uykulu ya da dikkatli değilken KULLANMAYIN.
- **Elektrot Yerleştirme:** Elektrotları asla boğazınızın ön tarafına, başınıza veya doğrudan kalbinizin üzerine yerleştirmeyin. Cihazı SADECE belirtildiği gibi boynun arkasında/üst omuz bölgesinde kullanın.
- Önerilen seans süresinin ötesinde tek bir noktada sürekli stimülasyondan kaçının. Aynı yerde uzun süreli veya tekrarlanan kullanım cilt tahrişine veya yanıklara neden olabilir. Her zaman önerilen seans uzunluğuna ve sıklığına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 8).

UYARI – YAN ETKİLER:

Nadir durumlarda kullanıcılar cilt tahrişi, baş ağrısı veya başka rahatsızlıklar yaşayabilir. Olağan dışı ağrı, yanma, uyuşma veya alerjik reaksiyon (örneğin şişlik veya nefes almada güçlük) yaşarsanız cihazı kullanmayı derhal bırakın ve tıbbi yardım alın.

Bu güvenlik yönergelerini izleyerek Professional X ile güvenli, etkili ve keyifli bir deneyim sağlarsınız.

3. Teknik Özellikler

Ürün Adı	MaxoRize Professional X – Boyun ve omuzlar için kişisel wellness sistemi
Model Numaraları	MRP-CW-01 (Classic White), MRP-SG-01 (Slate Grey)
Güç Girişi (Şarj)	5 V DC, 5 W (USB-C portu üzerinden)
Pil	3,7 V Li-Ion, 1000 mAh (değiştirilemez)
Şarj Süresi	Yaklaşık 3,5 saat (%0'dan tam doluya)
Kullanım Süresi	Tam şarjla ~5 gün (günde 2x15 dk seansla)
Cihaz Gücü	5 W (çalışma sırasında maksimum çıkış gücü)
Otomatik Kapanma	Seans başına 15 dakika (güvenlik amaçlı otomatik kapanma zamanlayıcısı)
Yoğunluk Seviyeleri	10 seviye (kaydırma tekerleği ile ayarlanabilir)
Programlar (Modlar)	5 wellness programı (çeşitli TENS/EMS darbe desenleri)
Isı Ayarları	3 seviye rahatlatıcı ısı (yaklaşık 37 °C, 40 °C, 43 °C)
Kırmızı Işık	630 nm dalga boyu (dahili kırmızı ışık LED'leri)
Çalışma Sıcaklığı	+0 °C ile +35 °C arası (ortam)
Depolama Sıcaklığı	-20 °C ile +45 °C arası (ortam)
Su Direnci	IPX0 (Su geçirmez değildir – cihazı kuru tutun)
Sınıflandırma	Sınıf III cihaz (dahili elektrik güç kaynağı, SELV)
Ağırlık	104 g (ana ünite net ağırlığı)

Not: Cihaz gücü (5 W), cihazın kullanım sırasındaki maksimum çıkış gücünü ifade eder ve şarj gücünden farklıdır. Cihazı şarj etmek için yalnızca birlikte verilen veya eşdeğer sertifikalı şarj cihazını (5V USB) kullanın. Cihaz şarj olurken kullanılamaz.

4. Ürüne Genel Bakış ve Sembol Rehberi

Kutu İçeriği

MaxoRize Professional X paketiniz aşağıdaki öğeleri içerir:

- **1x Professional X Ana Ünite:** Elektrot pedlerini ve tüm wellness teknolojilerini içeren kişisel wellness sistemi.
- **1x USB-C Şarj Kablosu:** Professional X'i herhangi bir standart USB güç kaynağı (5V, minimum 1A) üzerinden şarj etmek için kullanılır. (Şarj adaptörü dahil değildir.)

İlk kullanımdan önce tüm içeriği kontrol edin ve cihaz ile aksesuarların nakliye sırasında zarar görmediğinden emin olun. Eksik veya hasarlı öğe varsa ürünü kullanmadan önce MaxoRize destek ekibiyle iletişime geçin.




LED Gösterge Durumu	Anlamı
Sabit Mavi (bağlı değil)	Cihaz AÇIK, pil OK

Sabit Turuncu (bağlı değil)	Düşük pil (<%20)
Yanıp Sönen Turuncu (bağlı değil)	Kritik pil – kapanıyor
Nefes Alan Turuncu (bağlı)	Şarj devam ediyor
Nefes Alan Mavi (bağlı)	Tamamen şarj oldu – kullanıma hazır

Sembol Açıklamaları

Ürün etiketlerinde ve ambalajda uluslararası alanda tanınan semboller bulunur. Bunların anlamlarını bilmek önemlidir:



- **ISO 7010-P026 – Küvette veya Duşta Kullanmayın:** Bu uyarı sembolü (küvetteki bir kişi, üzerinde kırmızı X veya çizgi) şu anlama gelir: Cihazı küvette, duşta veya suyla temas edebileceği durumlarda KULLANMAYIN. Cihazı her zaman su ve sıvılardan uzak tutun (su koruması yoktur, bkz. IPX0 sınıflandırması). Cihaz SADECE KURU KULLANIM içindir.
- **ISO 7000-0790 – Kullanım Kılavuzuna Başvurun:** Açık bir kitap veya kılavuz olarak gösterilen bu sembol, kullanıcıya kullanım kılavuzunu okumasını bildirir. Bu, cihazı kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm talimatları ve güvenlik bilgilerini okuyup anlamanız gerektiği anlamına gelir. Professional X'in güvenli ve etkili kullanımı, kılavuza uymanıza bağlıdır.
- **Appliance: 5W – Cihaz Güç Değeri:** Cihaz etiketinde Appliance: 5W ibaresini bulacaksınız. Bu, cihazın kullanım sırasındaki maksimum çıkış gücünün 5 watt olduğunu gösterir. (Bu, şarj gücünden farklıdır.) Bu ibare, kullanıcıya cihazın kullandığı elektrik gücünü ve cihazın düşük güçlü bir wellness cihazı olduğunu hatırlatır.

5. İlk Kullanım – Şarj ve Hazırlık

Professional X'inizi ilk kez kullanmadan önce, cihazın hazır ve konforunuz için en uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmak için şu adımları izleyin:

Cihazı Şarj Etme:

- **1. İlk kullanımdan önce tamamen şarj edin:** Birlikte verilen USB-C kablosunu cihazdaki şarj portuna bağlayın. Diğer ucunu bir USB güç adaptörüne (5V, minimum 1A) veya güç sağlayan bir USB portuna takın.
- **2. Şarj göstergesi:** Cihaz şarj olurken LED gösterge turuncu renkte yavaşça yanıp söner (nefes alıp verir gibi).
- **3. Şarj tamamlandı:** Pil tamamen dolduğunda ve cihaz hâlâ şarj cihazına bağlıyken LED gösterge mavi renkte yavaşça yanıp söner (nefes alıp verir gibi). Tam şarj yaklaşık 3,5 saat sürer. Ardından şarj cihazını çıkarın.
- **4. Güvenlik notu:** Cihaz şarj olurken çalışmaz. Bu normaldir; kullanmadan önce cihazı şarj kablosundan ayırmanız gerekir. Professional X'i her zaman kuru bir ortamda şarj edin. Su yakınında şarj etmeyin (IPX0 sınıflandırmasına göre).

Hazırlık ve Cilt Kontrolü:

- **Cihazı inceleyin:** Her kullanımdan önce Professional X'te görünür bir hasar olmadığından emin olun. Elektrot pedlerinin temiz ve kirden arınmış olduğunu kontrol edin.
- **Cilt hazırlığı:** Boynunuzun temiz ve kuru olduğundan emin olun. Boyun bölgesindeki metal zincirleri veya takıları çıkarın. En iyi iletkenlik için cilde hafif bir nemlendirici veya su uygulayabilirsiniz (yağlı losyonlar kullanmayın); ancak cilt ıslak olmamalı, en fazla hafifçe nemli olmalıdır.
- **Takmadan önce kapatın:** Cihazı takmaya çalışmadan önce kapalı olduğundan emin olun. Bu, cihazı takarken beklenmedik bir stimülasyonu önler.

En İyi Sonuçlar İçin Doğru Konumlandırma

Optimum Temas = Optimum Konfor

Metal temas pedlerinin, teknolojinin etkili bir şekilde çalışması için doğrudan cilde temas etmesi gerekir. Temasın azalması, sinyallerin vücudunuza amaçlandığı şekilde ulaşamayabileceği anlamına gelir.

Doğrudan cilt teması: 6 metal pedin tamamı doğrudan temiz, kuru cilt üzerinde olmalıdır.
Saç: Hem erkeklerde hem de kadınlarda, pedler ile cilt arasındaki saçlar etkinliği azaltabilir.
Takı ve aksesuarlar: Kullanmadan önce zincirleri ve kolye uçlarını çıkarın.
Giysi: Cihaz ile cilt arasında kumaş (yaka, atkı, balıkçı yaka) olmamalıdır.
Yerleştirme: Cihazı boynunuzda yüksekte, yumuşak doku üzerinde konumlandırın – doğrudan kemik üzerinde değil.

6. Professional X'i Kullanma – Kullanım Talimatları

MaxoRize Professional X'inizi güvenli bir şekilde açmak ve çalıştırmak için bu talimatları izleyin. Her zaman düşük yoğunlukla başlayın ve kademeli olarak artırın.

Cihazı Takma:

- **1. Cihazı takın:** Esnek, omega şeklindeki cihazı nazikçe aralayın ve metal elektrot pedleri boynunuzun arkasında ve yanlarında cildinize gelecek şekilde boynunuza yerleştirin. Cihazın şekli yaklaşık 100-150 mm boyun çapına uyum sağlar.
- **2. Rahat oturma:** Professional X sıkıca ama rahat bir şekilde oturmalıdır – çok sıkı değil. Elektrotlar temas halinde kalmalı, ancak cihaz boynu sıkmamalıdır.
- **3. Duruş:** Cihazı otururken, ayakta dururken veya arkanıza yaslanmışken kullanabilirsiniz. Hareket ederken elektrotların temasını kaybetmemesi için iyi bir duruş sürdürün.

Kontroller ve Düğmeler:

- **M Düğmesi – Açma/Kapama:** Cihazı AÇMAK için M düğmesini 2 saniye basılı tutun. Cihazın açıldığını belirten bir bip sesi duyacaksınız. Cihazı KAPATMAK için M düğmesini tekrar 2 saniye basılı tutun.
- **M Düğmesi – Isı Değiştirme (kısa basma):** Cihaz açıkken M düğmesine kısa basıldığında rahatlatıcı ısı fonksiyonu değişir. Her basışta ısı ayarları sırayla değişir: Kapalı → Düşük → Orta → Yüksek ve tekrar Kapalı.
- **Kaydırma Tekerleği – Yoğunluk Ayarı (döndürme):** TENS/EMS elektrik darbelerinin yoğunluğunu artırmak veya azaltmak için kaydırma tekerleğini ileri veya geri çevirin. 10 yoğunluk seviyesi vardır (Seviye 1 = en zayıf, Seviye 10 = en güçlü). Her zaman en düşük yoğunlukta başlayın.
- **Kaydırma Tekerleği – Mod Seçimi (tıklama):** Program modunu değiştirmek için kaydırma tekerleğine içeri doğru basın (bir düğme gibi). Professional X, TENS ve EMS'yi farklı desen ve frekanslarda birleştiren 5 wellness programı (mod) sunar.

Seans Sırasında:

- **Hisler:** Seans başladığında nazik elektrik darbeleri ve muhtemelen ısı (ısı etkinse) hissedeceksiniz. Boyun/omuz bölgesinde karıncalanma veya kas kasılmaları hissetmek normaldir.
- **Hareket ve Aktivite:** Professional X'i kullanırken hafif aktivitelere (okuma veya masa başı çalışma gibi) devam edebilirsiniz, ancak cihazın dikkatinizi dağıtabileceği veya düşebileceği bir şey yapmayın.
- **Duraklatma/Durdurma:** Seansı yarıda kesmeniz gerekirse M düğmesini 2 saniye basılı tutarak cihazı kapatabilirsiniz.

Seans Sonu – Otomatik Kapanma: Professional X ile her wellness seansı 15 dakika sürer. Cihazda, 15 dakikalık kesintisiz kullanımdan sonra cihazı kapatan otomatik bir zamanlayıcı bulunur.

7. Seans Yönergeleri ve En İyi Uygulamalar

MaxoRize Professional X'in doğru kullanımı, aşırı kullanım veya tahriş risklerini en aza indirirken en yüksek faydayı elde etmenizi sağlar.

- **Önerilen Seans Süresi:** Cihazı 15 dakikalık seanslar halinde kullanın. Dahili zamanlayıcı her seansı otomatik olarak 15 dakika ile sınırlar.
- **Dinlenme Süreleri:** Bir seansı tamamladıktan sonra vücudunuzun bir süre dinlenmesine izin verin. Aynı gün yeni bir seans başlatmadan önce en az birkaç saat bekleyin.
- **Günlük azami kullanım:** Kademeli alışma döneminden sonra, örneğin sabah ve akşam olmak üzere, aralarında birkaç saat bırakarak günde iki seans hedefleyin. Her zaman daha az seans yapabilirsiniz. Bir günde dört seansı asla aşmayın. Ağrı veya devam eden rahatsızlık varsa seansı erken bitirin. Aşırı kullanım kas ağrısına veya cilt tahrişine neden olabilir.
- **Sıvı Alımı ve Cilt Bakımı:** Yeterince sıvı almak ve boyun bölgenizdeki cildi iyi nemlendirilmiş tutmak (ancak yağlı veya ıslak değil) iyi bir fikirdir.
- **Konfor ve Tolerans:** Her vücut TENS/EMS'ye farklı tepki verir. Ayarları her zaman konfor seviyenize göre yapın. Amaç rahatlatıcı, keyifli bir deneyimdir – ağrı değil.
- **Ortam:** Professional X'i rahatlatıcı bir ortamda kullanın. Birçok kullanıcı, seans sırasında rahat bir sandalyede oturmayı veya arkaya yaslanmayı faydalı buluyor.

8. Rehber: Professional X ile İlk Haftanız

Professional X dört wellness teknolojisini – TENS, EMS, ısı ve kırmızı ışık – tek bir kompakt cihazda birleştirir. Hafif tasarımına rağmen bu teknolojiler etkili bir şekilde birlikte çalışır. Kombine wellness teknolojileri kullanılırken kademeli bir başlangıç standarttır; böylece vücudunuz bu hislere alışabilir. Bu yaklaşım, kişisel konfor bölgenizi bulmanıza ve her seanstan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.

Başlamak İçin Temel İlkeler

- **Düşük seviyeden başlayın, kademeli artırın** - 1. seviyeden başlayın ve yalnızca uyarım rahat hissettirdiği sürece yoğunluğu kademeli olarak artırın.
- **Konfor her zaman önce gelir** - Bir şey çok güçlü hissediyorsa, yoğunluğu azaltın. Acele yok.
- **Yoğunluk daha iyi sonuç anlamına gelmez** - Hafif bir karıncalanma etkilidir. Daha fazla her zaman daha iyi değildir.
- **Kendi k**onfor seviyeniz - Rahat hissettiğiniz yoğunluk seanstan seansa değişebilir. Yoğunluğu artırmak zorunda değilsiniz.

ÖNEMLİ: Vücudunuz ilk seferde nasıl tepki verir

Uyarımı 1. veya 2. seviyede bile belirgin şekilde hissediyor musunuz? Elektriksel darbeleri **algılıyorsunuz.**

Sinir sisteminiz uyarıma tepki verir. Bunun ne kadar yoğun hissedildiği kişiden kişiye ve zamana göre değişir. Güçlü veya keskin bir his, tek başına bir blokajın ya da yüksek kas gerginliğinin kanıtı değildir.

Uyarım hissedilebilir, ancak ağrılı olmamalıdır. Ağrı hissederseniz seansı durdurun.

- **1. seviyeden başlayın.** Cihaz 2. seviyede başlarsa 1. seviyeye düşürün. Çok az mı hissediyorsunuz? Yoğunluğu artırmak zorunda değilsiniz.
- **Kendinizi zorlamayın.** Rahatsızlık hissederseniz yoğunluğu azaltın. Rahatsızlık devam ederse veya ağrıya dönüşürse seansı durdurun. 15 dakikayı tamamlamak zorunda değilsiniz.

Önerilen Başlangıç Programı

Gün	Seanslar	Mod (sesli bildirim)	Yoğunluk	Isı (sesli bildirim)	Odak / Hedef
1	1×	Mode 1 - Soothing	1 – 2	Off / Low	*Alışma (Giriş)*
2	1×	Mode 1 - Soothing	max. 2	Low	*Stabilize etme*
3	1-2×	Mode 1 - Soothing	2 – 3	Low / Off	*Güven oluşturma*
4	2×	Mode 1 veya Mode 2 (Kneading)	3 – 4	İsteğe bağlı	*Genişletme*
5	2×	Sizin seçiminiz (ör. Kneading)	4 – 5	Medium	*Kişisel ritim*
6	2×	Sizin tercihiniz	max. 6	Tercihe göre	*Tutarlılık*
7+	En çok 4×	Sizin rutininiz (ör. Comprehensive)	Sizin bölgeniz	Serbest seçim	*Denge*

Hedef: günde 2 seans; daha az olabilir, en çok 4. Arada birkaç saat dinlenin. Yoğunluk: öneridir, zorunlu hedef değildir. İngilizce terimler sesli bildirimlerle aynıdır.

En İyi Sonuçlar İçin Doğru Konumlandırma

Optimal Temas = Optimal Konfor

Metal temas pedleri, teknolojinin etkili çalışması için doğrudan cilt teması gerektirir. Azaltılmış temas, sinyallerin vücudunuza amaçlandığı gibi ulaşmayabileceği anlamına gelir.

- **Doğrudan cilt teması:** 6 metal pedin tamamı doğrudan temiz, kuru cilde oturmalıdır.
- **Saç:** Hem erkekler hem kadınlar için, pedler ve cilt arasındaki saç etkinliği azaltabilir. Cihazı pedlerin çıplak cilde oturacağı şekilde konumlandırın.
- **Takı ve aksesuarlar:** Kullanmadan önce zincirleri ve kolye uçlarını çıkarın. Metal takılar asla cihaz ile cildiniz arasında olmamalıdır.
- **Giysi:** Cihaz ve cilt arasında kumaş (yaka, atkı, balıkçı yaka) olmamalıdır.
- **Yerleştirme:** Boyunda yükseğe, yumuşak dokuya - doğrudan kemiğe değil - konumlandırın.

Sakin bir başlangıç, vücudunuzun teknolojiden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur. Tutarlılık ve konfor her zaman yoğunluktan önce gelir.

9. Koruma Modu ve Sıfırlama Prosedürü

MaxoRize® Professional X, yerleşik akıllı bir koruma sistemine sahiptir. Cihaz kullanım sırasında olağan dışı hareketler, bir darbe veya cilt temasının kesildiğini algılarsa otomatik olarak Koruma Moduna geçer. Bu sistem hem sizi hem de **cihazın** iç teknolojisini korumak üzere tasarlanmıştır.

Bazı durumlarda cihaz geçici olarak Koruma Moduna geçebilir. Bu nedenle darbeler çok zayıf hissedilebilir veya geçici olarak durabilir. Bu, cihazın arızalı olduğu anlamına gelmez. Aşağıdaki sıfırlama prosedürüyle cihazı kolayca normal çalışmasına döndürebilirsiniz.

> ⚠ **Koruma Modunu nasıl anlarsınız?**
> Cihaz Koruma Modundayken açıldığında yalnızca kırmızı ısı göstergesinin yandığını, ancak hiç darbe hissetmediğinizi veya darbelerin çok zayıf olduğunu fark edersiniz.

> **Bu sıfırlama ne zaman yapılmalıdır?**
> Bu sıfırlama prosedürünü şu durumlarda kullanın:
> - cihaz açık olmasına rağmen stimülasyon sağlamadığında
> - darbeler daha yüksek yoğunlukta bile çok zayıf hissediliyorsa
> - cihaz normal şekilde açık görünmesine rağmen belirgin bir etki oluşturmuyorsa

Sıfırlama Prosedürü: Adım Adım

> **Hazırlık**
> Bir masaya oturun ve MaxoRize® Professional X'i önünüze koyun. Cihazı, kaydırma tekerleği ve M düğmesi size bakacak şekilde yönlendirin; böylece rahatça kullanabilirsiniz.

1. **Cihazı açın**
   Cihazı açmak için M düğmesine yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Kırmızı ısı göstergesi yanacaktır. Cihazı masanın üzerine koyun ve henüz boynunuza takmayın.

2. **Voice Mode'u kontrol edin**
   Açılışta sesli bir bildirim duyup duymadığınızı kontrol edin. Voice Mode bu prosedür için gereklidir, çünkü cihazın hangi modda ve hangi yoğunluk seviyesinde olduğunu size bildirir.
   Bir sesli bildirim **duydunuz mu? 3. adıma geçin.**
   Hiçbir şey duymadınız mı? Voice Mode kapalıdır. Açmak için ortadaki büyük gri kaydırma tekerleğine sıkıca basın ve 5 saniye basılı tutun. 5 saniye sonra Voice Mode'un yeniden açıldığını doğrulayan bir bildirim duyarsınız.

3. **Isıyı YÜKSEK olarak ayarlayın**
   Isı ayarları arasında geçiş yapmak için M düğmesine kısa basın (Kapalı → Düşük → Orta → Yüksek). Isıyı Yüksek olarak ayarlayın.

4. **Beating Mode'a geçin**
   Modlar arasında geçiş yapmak için kaydırma tekerleğine kısa basın (tıklayın, döndürmeyin). 5 mod aşağıdaki sabit sırayla gelir:

1. **Mod 1:** Soothing Mode
2. **Mod 2:** Kneading Mode
3. **Mod 3:** Beating Mode ← ***burada durun***

4. **Mod 4:** Comprehensive Mode
5. **Mod 5:** Traction Mode

> ⚠ **Dikkat:** Kneading Mode'u (Mod 2) Beating Mode (Mod 3) ile karıştırmayın. Sesli bildirimi dikkatle dinleyin. Sıfırlama prosedürü yalnızca Beating Mode'da çalışır. Yanlışlıkla Beating Mode'u geçtiniz mi? Diğer modlardan geçmek için basmaya devam edin: Traction Mode'dan sonra döngü yeniden Soothing Mode'dan başlar ve Beating Mode'da tekrar durabilirsiniz.

6. **Yoğunluğu maksimuma çıkarın**
   Yoğunluğu adım adım artırmak için kaydırma tekerleğini yukarı (+ yönüne) çevirin. Voice Mode her adımda mevcut seviyeyi bildirir. «Max Level» duyana kadar devam edin.
7. **Kontak plakaları ile cilt teması sağlayın**
   Cihaz hâlâ masanın üzerindeyken, dört parmağınızı cihazın iç tarafındaki metal kontak plakalarına nazikçe yerleştirin. Bu adım boyunca parmaklarınızı plakaların üzerinde tutun. Cihaz cilt temasını algılar. Parmaklarınızı kontak plakalarına yerleştirerek, sıfırlama prosedürü sırasında cihaz aktif kalır.
8. **30 saniye ile 1,5 dakika bekleyin**
   Cihaz artık Beating Mode'da yavaşça çalışmaya başlar. Önce çok hafif darbeler hissedersiniz. 30 saniye ile 1,5 dakika içinde darbeler kademeli olarak güçlenir ve Beating Mode'un karakteristik, güçlü vurma darbelerini hissedersiniz.

> ☑ **Sıfırlama başarılı!**
> Güçlü, vuruşlu impulsları açıkça hissettiğinizde, Koruma Modu devre dışı bırakılmıştır ve cihazınız tekrar normal çalışmaktadır.

9. **Kapatın ve yeniden başlatın**
   M düğmesine yaklaşık 2 saniye basılı tutarak cihazı kapatın. Ardından yeniden başlatın. Artık istediğiniz herhangi bir modu seçebilir ve cihazınızı normal şekilde kullanabilirsiniz.

İki denemeden sonra sıfırlama başarılı olmadı mı? **support@maxorize.com** üzerinden müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

10. Bakım, Temizlik ve Depolama

MaxoRize Professional X'inizin uygun bakımı ömrünü uzatır ve güvenli çalışmasını sağlar.

10.1 Cihazı Temizleme

- **1. Kapatın ve ayırın:** Temizlemeden önce cihazın kapalı ve tüm şarj kablolarından ayrılmış olduğundan emin olun.
- **2. Nazik silme:** Cihazın yüzeyini ve elektrot pedlerini silmek için yumuşak, hafifçe nemli bir bez kullanın.
- **3. Sert kimyasallar kullanmayın:** Cihazı temizlemek için aşındırıcılar, ovma pedleri, güçlü kimyasallar, alkol veya çözücüler KULLANMAYIN.
- **4. Suya batırmayın:** Cihazı ASLA suya veya başka bir sıvıya batırmayın. Professional X su geçirmez DEĞİLDİR (IPX0).
- **5. Kurutma:** Sildikten sonra cihazı temiz, kuru bir bezle kurulayın.

10.2 Depolama

- **Serin, kuru yer:** Professional X'i doğrudan güneş ışığından ve aşırı sıcaktan uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın.
- **Çocukların erişemeyeceği yerde:** Kullanılmadığında cihazı çocukların (ve evcil hayvanların) erişemeyeceği yerde tutun.
- **Elektrot bakımı:** Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız elektrotların temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- **Ağır cisim koymayın:** Depolama sırasında cihazın üzerine ağır cisimler koymayın.
- **Aşırı sıcaklıklardan kaçının:** Cihazı sıcak bir arabada, ısıtıcı yakınında veya dondurucu koşullarda bırakmayın.

10.3 Pil ve Kullanım Ömrü

- Professional X'teki lityum iyon pil, çok sayıda şarj döngüsüne (ortalama kullanımla genellikle birkaç yıl) dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı tarafından DEĞİŞTİRİLEMEZ.
- **Kullanım ömrü:** Cihaz düzenli bakım gerektirmez. Talimatlara uygun şekilde kullanıldığında ve bakımı yapıldığında güvenilir bir şekilde çalışmalıdır.
- **Kullanım ömrü sonunda bertaraf:** Cihaz kullanım ömrünün sonuna ulaştığında normal evsel atıklarla birlikte ATMAYIN. Professional X şarj edilebilir bir pil ve elektronik bileşenler içerir. Elektronik atıklar (WEEE) için yerel düzenlemelere uyun.

11. Garanti ve Müşteri Hizmetleri

MaxoRize Professional X'iniz, sınırlı garanti ve müşteri hizmetleri ekibimizin desteğiyle birlikte gelir.

11.1 Sınırlı Garanti

MaxoRize B.V., normal kullanımda ortaya çıkan malzeme ve işçilik kusurlarına karşı, orijinal satın alma tarihinden itibaren AB'de iki (2) yıl, AB dışında bir (1) yıl garanti verir.

Bu ticari garanti, tüketicilerin yasal haklarını etkilemez.

Avrupa Birliği dışında, yerel yasalar açıkça daha uzun bir garanti süresi öngörmedikçe yalnızca bir (1) yıllık ticari garanti geçerlidir.

- **Satın alma kanıtı:** Her garanti talebi için satın alma tarihini içeren geçerli bir satın alma belgesi (fiş veya fatura) gereklidir.
- **Normal kullanım:** Garanti yalnızca normal, amacına uygun kullanımdan kaynaklanan kusurları kapsar.
- **İstisnalar:** Bu garanti kozmetik hasarları (çizikler, ezikler), düzenli kullanımdan kaynaklanan elektrot pedi aşınmasını veya su ile temastan ya da aşırı koşullardan kaynaklanan hasarları kapsamaz.
- **Garanti devri yok:** Garanti yalnızca orijinal alıcı için geçerlidir ve devredilemez.

11.2 Müşteri Hizmetleri

Professional X'inizle ilgili sorularınız, endişeleriniz veya sorunlarınız varsa müşteri hizmetleri ekibimiz yardıma hazırdır.

- **Web sitesi:** www.maxorize.com – SSS, ürün bilgileri ve çevrimiçi destek için web sitemizi ziyaret edin.
- **E-posta:** support@maxorize.com – Genel sorular, garanti talepleri veya teknik destek için bize mesaj gönderin.
- **Telefon:** İş saatlerinde (CET) ulaşılabilir. Bölgenize ait güncel iletişim numaraları için web sitesini ziyaret edin.
- **İadeler:** Destek ekibimizden önceden RMA (İade Ürün Yetkilendirmesi) talimatları almadan ürünü iade etmeyin.

12. Uyumluluk ve Sertifikalar

MaxoRize Professional X, ilgili güvenlik, sağlık ve mevzuat standartlarını karşılamak üzere tasarlanmış ve test edilmiştir.

12.1 Avrupa Birliği – CE Uyumluluğu

Bu ürün, üreticinin MaxoRize Professional X'in geçerli Avrupa mevzuatı gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ettiğini gösteren CE işaretini taşır. Bu uygunluk, SGS tarafından yapılan bağımsız testlerle desteklenmektedir.

Cihaz; EN IEC 60335-2-115:2023 + A11:2023, EN 60335-1:2012 (A16:2023'e kadar geçerli değişikliklerle) ve EN 62233:2008'e göre test edilmiştir.

- **AB Uygunluk Beyanı:** AB Uygunluk Beyanı talep üzerine üreticiden temin edilebilir.
- **UKCA (Birleşik Krallık):** Birleşik Krallık'ta dağıtım için MaxoRize Professional X, geçerli Birleşik Krallık mevzuatına uygundur ve UKCA işaretini taşır.

12.2 Amerika Birleşik Devletleri – FCC Uyumluluğu

Amerika Birleşik Devletleri'nde MaxoRize Professional X, geçerli Federal İletişim Komisyonu (FCC) düzenlemelerine uygundur.

- **FCC Part 15:** Bu cihaz FCC Part 15 gerekliliklerine göre test edilmiş olup geçerli emisyon sınırlarına uygundur.
- **FCC ID:** MaxoRize Professional X kasıtlı bir radyo vericisi ve Bluetooth veya Wi-Fi gibi kablosuz iletişim fonksiyonları içermez. Bu nedenle FCC ID geçerli değildir.

12.3 Diğer Sertifikalar ve Standartlar

- **SGS Güvenlik Testli:** MaxoRize Professional X, uluslararası alanda tanınan bağımsız bir test laboratuvarı olan SGS tarafından IEC/EN 60335-2-115 ve ilgili standartlara göre elektriksel ve fonksiyonel güvenlik açısından test edilmiştir.
- **RoHS ve Çevre Uyumluluğu:** MaxoRize Professional X, geçerli RoHS gerekliliklerine (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması) uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

13. Üretici Bilgileri

MaxoRize Professional X aşağıdaki şirket tarafından üretilmekte ve dağıtılmaktadır:

MaxoRize B.V.

Ürün Modelleri:

MRP-CW-01 (Professional X - Classic White),

MRP-SG-01 (Professional X - Slate Grey)

Üretim Yeri: Avrupa standartlarına göre Çin (sıkı kalite kontrol ve güvenlik standartları altında ISO sertifikalı bir tesiste üretilmiştir)

Ürünle ilgili sorularınız için üreticiye yukarıda belirtilen adresten veya Bölüm 11.2'de listelenen müşteri hizmetleri kanalları aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

14. Yasal Bildirimler ve Sorumluluk

Aşağıdaki bölüm önemli yasal bildirimler, sorumluluk reddi beyanları ve kullanım koşulları içerir. MaxoRize Professional X'i kullanarak bu koşulları kabul etmiş olursunuz.

14.1 Genel Wellness Ürünü – Tıbbi Cihaz Değildir

MaxoRize Professional X, genel wellness ürünü olarak sınıflandırılmıştır. Tıbbi bir cihaz DEĞİLDİR ve herhangi bir hastalığı veya tıbbi durumu teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek amacıyla TASARLANMAMIŞTIR.

- Bu kılavuzda kullanılan rahatlama, rahatlatıcı, terapi veya tedavi gibi tüm terimler SADECE genel wellness ve konfora atıfta bulunur.
- Bu cihaza tıbbi tedavinin veya profesyonel sağlık tavsiyesinin yerine geçecek şekilde GÜVENMEMELİSİNİZ.
- Professional X'in genel wellness amacıyla kullanımı kullanıcının takdirindedir. MaxoRize, belirli faydalara ilişkin HİÇBİR tıbbi iddiada bulunmaz.

14.2 Sorumluluğun Sınırlandırılması

Bu ürünü kullanarak aşağıdaki koşulları açıkça kabul etmiş olursunuz:

- **1. Talimatların kabulü:** Bu kullanım kılavuzundaki tüm güvenlik yönergelerini, kontrendikasyonları ve uyarıları okuduğunuzu ve anladığınızı onaylarsınız.
- **2. Kendi sorumluluğunuzda kullanım:** Professional X'i kendi riskinizle kullandığınızı kabul edersiniz. MaxoRize B.V., cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan yaralanmalardan, kayıplardan veya zararlardan sorumlu değildir.
- **3. Hariç tutulan kullanıcılar için sorumluluk yok:** MaxoRize B.V., cihazın, KULLANMAMASI açıkça tavsiye edilen kişiler tarafından kullanılması durumunda doğacak sonuçlardan sorumlu veya yükümlü DEĞİLDİR.
- **4. Kötüye kullanım veya modifikasyon için sorumluluk yok:** Cihazın herhangi bir şekilde kötüye kullanılması, uygunsuz kullanılması, modifiye edilmesi veya yetkisiz olarak onarılması garantiyi geçersiz kılar.
- **5. Dolaylı zararlar:** Yasaların izin verdiği ölçüde, MaxoRize B.V. veya tedarikçileri hiçbir durumda dolaylı, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai zararlardan sorumlu değildir.

14.3 California Proposition 65 Bildirimi (Yalnızca ABD)

CALIFORNIA SAKİNLERİ İÇİN BİLDİRİM: MaxoRize Professional X şu anda California Proposition 65 uyumluluğu için etiketlenmemiştir. Bu ürün California Eyaleti'nde satış veya kullanım için TASARLANMAMIŞTIR.

14.4 Öngörülebilir Kötüye Kullanıma İlişkin Sorumluluk Reddi

MaxoRize, bu kılavuzda olası kötüye kullanım senaryolarını önceden öngörmek ve bunlara karşı uyarmak için özen göstermiştir. Professional X'in bu kılavuzla bağdaşmayan herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.

14.5 Tazminat

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, MaxoRize B.V.'yi, bağlı kuruluşlarını, yetkililerini, yöneticilerini, tedarikçilerini ve distribütörlerini tüm taleplere, yükümlülüklere, zararlara, kayıplara ve masraflara karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve zarardan ari tutmayı kabul edersiniz.

14.6 Uyuşmazlık Çözümü – Toplu Dava Feragati ve Tahkim Şartı

MAXORIZE PROFESSIONAL X ÜRÜNÜ VEYA BU KULLANIM KILAVUZU İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR UYUŞMAZLIK VEYA TALEP, MAHKEMEDE DEĞİL, BAĞLAYICI BİREYSEL TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜLECEKTİR. MAXORIZE B.V.'YE KARŞI BİR TOPLU DAVAYA VEYA TOPLU TAHKİME KATILMA HAKKINIZDAN FERAGAT EDERSİNİZ.

Bu ürünü satın alarak veya kullanarak, tüm uyuşmazlıkların mahkemede bir hâkim veya jüri yerine tarafsız bir hakem tarafından nihai ve bağlayıcı tahkim yoluyla çözüleceğini kabul etmiş olursunuz.

MaxoRize Professional X Kullanım Kılavuzu ve Yasal Rehberi'ni okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu rehberi, cihazınızı etkili ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmak için hazırladık. Professional X'in günlük wellness rutininize değerli bir katkı olmasını umuyoruz.

Ek sorularınız veya açıklama talepleriniz için lütfen MaxoRize müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. MaxoRize Professional X ile daha iyi hissetme yolculuğunuzun tadını çıkarın – Kişisel Wellness, Kesintisiz.

© 2025 MaxoRize B.V. | Where Technology Meets Care